

	REAGEN TIDAK TERSEDIA		
	SOP	No Dokumen : SOP/119/2020	
		No Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 10/08/2020	
UPT PUSKESMAS MANTINGAN		Halaman : 1/3	dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Pemakaian reagensia yang sudah ditetapkan tidak bias tersedia karena kekosongan stok dan distributor, terjadi penghentian produk reagen, mendekati expired date dan arena telat pengadaan reagen		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah- langkah untuk perencanaan pemakaian kebutuhan reagensial dan bahan habis pakai dengan baik agar terlaksana pemenuhan pelayanan pemeriksaan laboratorium		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 188/90/404.102.19/2020 Tentang Batas Buffer Stock Reagensia Untuk Melakukan Pemesanan.		
4. Referensi	1. Permenkes Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas 2. Good Laboratory Practice. 2004. Depkes RI: Direktorat Laboratorium Kesehatan		
3. Langkah-langkah	A. Reagensia Tidak tersedia karena stock di distributor kosong a. Petugas laboratorium melaporkan kepada apoteker bahwa reagen tidak tersedia b. Petugas laboratorium memastikan kepada apoteker apakah stok reagen di distributor tersedia. apabila di distributor stok reagen kosong maka petugas laboratorium berkoordinasi dengan apoteker untuk mencari reagen yang sama di distributor yang lain dengan merk yang sama c. Petugas laboratorium berkoordinasi dengan apoteker untuk dapat melaksanakan pengadaan. B. Reagen tidak tersedia karena penghentian produksi reagen oleh pabrik a. Petugas laboratorium melaporkan kepada apoteker bahwa reagen tidak tersedia b. Petugas laboratorium memastikan kepada apoteker apakah stok reagen di distributor tersedia. apabila di distributor stok reagen kosong dan sudah tidak di produksi lagi maka petugas laboratorium berkoordinasi dengan petugas apoteker untuk mencari reagen merk lain yang harga, spesifitas, dan		

	sensitifitasnya sama dengan reagen sebelumnya c. Petugas laboratorium berkoordinasi dengan apoteker untuk dapat melaksanakan pengadaan C. Reagen tidak tersedia karna ED a. Petugas laboratorium memeriksa tanggal kedaluwarsa pada label reagen apabila Reagen ED petugas melaporkan kepada apoteker b. Petugas laboratorium berkoordinasi dengan apoteker untuk dapat melaksanakan pengadaan. D. Reagen tidak tersedia karena telat pengadaan reagen a. Petugas laboratorium memeriksa kesediaan reagen pada kartu stok b. Apabila reagen habis petugas laboratorium berkoordinasi dengan dokter,unit rawat jalan,dan rawat inap bahwa reagen habis dan pengadaan reagen masih dalam proses dan pemeriksaaan belum bias dilakukan
4. Unit terkait	Laboratorium, UGD, Rawat Inap
5. Dokumen terkait	Kartu Stok

6. Rekaman historis perubahan				
	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPTD menjadi UPT	02 Januari 2020
	2	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 188/067/404.102.19/2017 Tentang Buffer Stock Reagensia Untuk Melakukan Pemesanan menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/90/404.102.19/2020 Tentang Batas Buffer Stock Reagensia Untuk Melakukan Pemesanan	05 Agustus 2020
	3	Istilah	Poli menjadi Ruang	