


	PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG BERESIKO TINGGI			
	SOP	No Dokumen : SOP/121/2020		
		No Revisi : 01		
		Tanggal Terbit : 10/08/2020		
Halaman : 1/2				
UPT PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003	
1. Pengertian	Pemeriksaan resiko tinggi adalah pemeriksaan yang dilakukan pada sampel yang mudah menularkan mikroorganismenya apabila cara pemeriksaannya tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan			
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi			
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 188/87 /404.102.19/2020 Tentang Pemeriksaan Laboratorium. Resiko Tinggi.			
4. Referensi	Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas			
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mencuci tangan 6 langkah. 2. Petugas laboratorium menggunakan APD sesuai dengan standar 3. Petugas laboratorium melakukan desinfektan meja kerja menggunakan alkohol sebelum pemeriksaan sampel. 4. Petugas laboratorium meletakkan sampel pemeriksaan pada tempat yang telah disiapkan. 5. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan 6. Petugas laboratorium melakukan desinfektan meja kerja menggunakan alkohol setelah pemeriksaan sampel 7. Petugas laboratorium melepaskan APD 8. Petugas laboratorium mencuci tangan 6 langkah. 			
6. Unit terkait	Ruang Laborat.			
7. Dokumen terkait	Buku Register Laboratorium			

8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPTD menjadi UPT	02 Januari 2020
	2	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan Nomor 188/062/404.102.019/2017 Tentang Pemeriksaan Laboratorium Beresiko Tinggi. menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/087/404.102.19/2020 Tentang Pemeriksaan Laboratorium Beresiko Tinggi	05 Agustus 2020
	3	Istilah	poli menjadi ruang	